

Mg<sup>2+</sup>-ATP 酶活性测定说明书

(分光法 24 样)

## 一、产品简介：

Mg<sup>2+</sup>-ATP 酶与细胞维持胞内 Mg<sup>2+</sup>浓度有关，可在运输 Mg<sup>2+</sup>的同时催化 ATP 水解生成 ADP 和无机磷。通过测定无机磷的量可确定该酶活性高低。

## 二、所需的仪器和用品：

可见分光光度计、1mL 玻璃比色皿（光径 1cm）、水浴锅、台式离心机、可调式移液器、研钵、冰和蒸馏水。

## 三、试剂盒的组成和配制：

试剂名称	规格	保存要求	备注
提取液	提取液 60mL×1 瓶	4℃保存	
试剂一	粉体 mg×1 瓶	4℃保存	用前甩几下使试剂落入底部，再加 18mL 蒸馏水，混匀溶解备用。
试剂二	粉剂 mg×1 瓶	-20℃保存	用前甩几下使试剂落入底部，再加 9mL 蒸馏水，混匀溶解备用。
试剂三	液体 9mL×1 瓶	4℃保存	
试剂四	A:粉体 mg×1 瓶 B:液体 1mL×1 瓶	4℃保存	临用前向 A 试剂中加 1.35mL 的 B 液，再加 17.4mL 的蒸馏水，混匀溶解备用。
标准品	粉体 mg ×1 支	4℃保存	若重新做标曲，则用到该试剂

【注】：全程操作需无磷环境；试剂配置最好用新的枪头和玻璃移液器等，也可以用一次性塑料器皿，避免磷污染。

四、Mg<sup>2+</sup>-ATP 酶活性检测：

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定，了解本批样品情况，熟悉实验流程，避免实验样本和试剂浪费！

## 1、样本制备：

## ① 组织样本：

称取约 0.1g 组织，加入 1mL 提取液，进行冰浴匀浆。4℃×12000rpm 离心 10min，取上清，置冰上待测。

【注】：若增加样本量，可按照组织质量(g)：提取液体积(mL)为 1:5~10 的比例进行提取。

## ② 细菌/细胞样本：

先收集细菌或细胞到离心管内，离心后弃上清；取约 500 万细菌或细胞加入 1mL 提取液，超声波破碎细菌或细胞（冰浴，功率 200W，超声 3s，间隔 10s，重复 30 次）；12000rpm 4℃离心 10min，取上清，置冰上待测。

【注】：若增加样本量，可按照细菌/细胞数量(10<sup>4</sup>)：提取液(mL)为 500~1000:1 的比例进行提取。

## ③ 液体样本：直接检测；若浑浊，离心后取上清检测。

## 2、上机检测：

① 可见分光光度计预热 30min 以上，调节波长至 700nm，蒸馏水调零。

② 所有试剂解冻至室温（25℃）。

③ 在 EP 管中依次加入：

试剂名称 (μL)	测定管	对照管
试剂一	300	300
试剂二	300	


蒸馏水		300
样本	300	300
37°C 孵育 20min		
试剂三	150	150
混匀, 12000rpm, 4°C离心 5min, 上清液待测		

## ④ 显色反应:

上清液	450	450
试剂四	300	300
混匀, 室温静置 10min, 700nm 下读取各管吸光值, $\Delta A = A$ 测定 - A 对照 (每个样本做一个自身对照)。		

## 五、结果计算:

1、标准曲线方程:  $y = 2.0283x - 0.0002$ ,  $x$  是标准品摩尔质量 ( $\mu\text{mol/mL}$ ),  $y$  是  $\Delta A$ 。



2、按蛋白浓度计算:

定义: 每小时每毫克组织蛋白分解 ATP 产生  $1\mu\text{mol}$  无机磷的量为一个酶活力单位。

酶活力( $\mu\text{mol/h/mg prot}$ )= $[(\Delta A + 0.0002) \div 2.0283 \times V2] \div (V1 \times Cpr) \div T = 5.18 \times (\Delta A + 0.0002) \div Cpr$

3、按样本鲜重计算:

定义: 每小时每克组织分解 ATP 产生  $1\mu\text{mol}$  无机磷的量为一个酶活力单位。

酶活力( $\mu\text{mol/h/g 鲜重}$ )= $[(\Delta A + 0.0002) \div 2.0283 \times V2] \div (W \times V1 \div V) \div T = 5.18 \times (\Delta A + 0.0002) \div W$

4、按细菌或细胞密度计算:

定义: 每小时每 1 万个细菌或细胞分解 ATP 产生  $1\mu\text{mol}$  无机磷的量为一个酶活力单位。

酶活力( $\mu\text{mol/h}/10^4 \text{ cell}$ )= $[(\Delta A + 0.0002) \div 2.0283 \times V2] \div (500 \times V1 \div V) \div T = 0.0104 \times (\Delta A + 0.0002)$

5、液体中  $\text{Mg}^{2+}$ -ATPase 活力计算:

定义: 每小时每毫升液体分解 ATP 产生  $1\mu\text{mol}$  无机磷的量为一个酶活力单位。

酶活力( $\mu\text{mol/h/mL}$ )= $[(\Delta A + 0.0002) \div 2.0283 \times V2] \div V1 \div T = 5.18 \times (\Delta A + 0.0002)$

V---加入提取液体积, 1mL;

V1---加入样本体积, 0.3mL ;

V2---酶促反应总体积, 1.05mL;

T---反应时间, 1/3 小时;

W---样本鲜重, g;

500---细菌或细胞总数, 500 万。

Cpr---样本蛋白质浓度, mg/mL; 建议使用本公司的 BCA 蛋白含量检测试剂盒。

附: 标准曲线制作过程:

- 1 制备标准品母液 ( $5\mu\text{mol/mL}$ ): 标准品用 10mL 蒸馏水溶解。(母液需在两天内用)。
- 2 把母液稀释成六个浓度梯度的标准品: 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.42, 0.5.  $\mu\text{mol/mL}$ 。也可根据实际样本来调整标准品浓度。
- 3 依据显色反应阶段测定管的加样体系操作, 根据结果即可制作标准曲线。