

异柠檬酸含量测定试剂盒说明书

(紫外分光法 48 样)

一、产品简介：

异柠檬酸是柠檬酸的异构体，虽然量少，但广泛存在于生物界。在落地生根属等多汁植物的叶、或悬钩子类中特别多，也是三羧酸循环中的一个成分。

本试剂盒提供一种特异性酶法检测异柠檬酸含量，利用异柠檬酸脱氢酶使异柠檬酸和 NADP⁺生成 α -酮戊二酸、二氧化碳和 NADPH，通过测定 NADPH 在 340nm 处吸光值的增加量，进而计算出样品中异柠檬酸含量。

二、试剂盒的组成和配制：

试剂名称	规格	保存要求	备注
提取液	液体 60mL×1 瓶	4℃保存	
试剂一	液体 30mL×1 瓶	4℃保存	
试剂二	粉剂 mg×1 支	-20℃保存	临用前甩几下使粉剂落入底部，再加入 1.1mL 蒸馏水溶解备用，
试剂三	液体 μ L×1 支	-20℃保存	临用前甩几下使液体落入底部，再加入 0.95mL 蒸馏水溶解备用，可分装冻存。

三、所需的仪器和用品：

紫外分光光度计、1mL 石英比色皿（光径 1cm）、低温离心机、可调式移液枪、研钵和蒸馏水。

四、异柠檬酸含量测定：

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定，了解本批样品情况，熟悉实验流程，避免实验样本和试剂浪费！

1、样本提取：

- ① 组织样本：0.1g 组织样本（水分充足的样本建议取 0.5g 左右），加 1mL 的提取液研磨，粗提液全部转移到 EP 管中，12000rpm，常温离心 10min，上清液待测。

【注】：若增加样本量，可按照组织质量（g）：提取液体积(mL)为 1：5~10 的比例提取

- ② 细菌/真菌样本：

先收集细菌或细胞到离心管内，离心后弃上清；取 500 万细菌或细胞加入 1mL 提取液；冰浴超声波破碎细菌或细胞（功率 300w，超声 3 秒，间隔 7 秒，总时间 3min）；12000rpm，常温离心 10min，取上清置冰上待测。

【注】：若增加样本量，可按照细菌/真菌数量（10⁴个）：提取液体积（mL）为 500~1000：1 的比例提取

- ③ 液体样品：澄清液体样本可直接检测。若浑浊，离心后取上清检测。

2、上机检测：

- ① 紫外分光光度计预热 30 min，调节波长到 340 nm，蒸馏水调零。
- ② 所有试剂解冻至室温（25℃）。
- ③ 先做 2-4 样本的预测定，确定适合本批样本的最适取样质量（W）和样本加样量（V1）。
- ④ 在 1mL 石英比色皿（光径 1cm）中依次加入：

试剂名称 (μL)	测定管	空白管 (仅做一次)
样本	60	60
试剂一	600	600
试剂二	20	20
混匀, 37°C条件下, 5min 后于 340nm 处读取各管 A1		
试剂三	20	20
混匀, 37°C条件下, 反应 15min 后于 340nm 处读取各管 A2 值, 若值继续增加可延长反应时间, 每隔 2min 读值 (直至 2min 内值不变为止), $\Delta A=(A2-A1)$ 测定-(A2-A1)空白。		

【注】: 若 ΔA 过小, 可以增加样本取样质量 (如0.2g), 或增加样本量 (如40μL, 则试剂一相应减少)。调整后的样本质量W和样本量体积V1需代入计算公式重新计算。

五、结果计算:

1、按组织质量计算:

$$\text{异柠檬酸含量 (mg/g 鲜重)} = [\Delta A \div (\epsilon \times d)] \times V2 \times 10^3 \times Mr \div (W \times V1 \div V) = 0.36 \times \Delta A \div W$$

2、按细胞数量计算:

$$\begin{aligned} \text{异柠檬酸含量 (mg/10}^4 \text{ cell)} &= [\Delta A \div (\epsilon \times d)] \times V2 \times 10^3 \times Mr \div (\text{细胞数量} \times V1 \div V) \\ &= 0.36 \times \Delta A \div \text{细胞数量} \end{aligned}$$

3、按液体样品的体积计算:

$$\text{异柠檬酸含量 (mg/mL)} = [\Delta A \div (\epsilon \times d)] \times V2 \times 10^3 \times Mr \div V1 = 0.36 \times \Delta A$$

ϵ ---NADPH的摩尔吸光系数为 $6.3 \times 10^3 \text{L/mol/cm}$;

d---光径距离, 1cm;

V---提取液体积, 1mL;

V1---样本体积, $60\mu\text{L}=0.06\text{mL}$;

V2---反应总体积, $700\mu\text{L}=7 \times 10^{-4}\text{L}$;

Mr---异柠檬酸分子量, 192.1;

W---样本质量, g;

最低检测线---5mg/L。